


Manuale d'Istruzioni

EXTECH[®]
INSTRUMENTS

A FLIR COMPANY

Set Sonda Corrente da 200A

Modello PQ34-2



Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato questo Set Sonda Corrente della Extech. Un set di tre sonde corrente da 200A progettate per essere utilizzate con gli Analizzatori di Rete PQ3450 o PQ3470 della Extech. Queste sonde sono spedite completamente testate e calibrate e, se usate correttamente, garantiranno un servizio affidabile per molti anni.

Sicurezza



Questo simbolo, adiacente ad un altro simbolo o ad un terminale, indica che l'utente deve consultare il manuale per maggiori informazioni.



Questo simbolo, adiacente ad un terminale, indica che, durante il normale utilizzo, potrebbero verificarsi tensioni pericolose




Doppio isolamento

Avvertimenti

- Leggere e capire questo manuale d'istruzioni prima di utilizzare lo strumento.
- Un utilizzo scorretto di questo strumento può provocare danni, folgorazioni, lesioni o morte.
- Ispezionare la condizione dei puntali e dello strumento per qualsiasi danno prima di azionare lo strumento.
- Prestare molta attenzione quando si eseguono misurazioni di tensioni superiori a 25VAC rms o 35VDC. Queste tensioni sono da considerare un pericolo di folgorazione.
- Non provare a misurare una Corrente che superi i limiti specificati.
- Non azionare questo strumento in ambienti bagnati o polverosi.
- Non azionare questo strumento in presenza di gas infiammabili o esplosivi
- Non toccare le parti di metallo esposte o i terminali non utilizzati.
- Adoperare guanti protettivi in prossimità di circuiti ad elevate correnti o tensioni.
- Se l'attrezzatura viene utilizzata in un modo non specificato dal produttore, la protezione fornita dall'attrezzatura potrebbe risultarne compromessa.

Descrizione Sonda

1. Pinza Rilevatrice Corrente
2. Grilletto Pinza
3. 1200A-200A-20A interruttore range
4. Presa segnale in uscita (+, rosso)
5. Presa segnale in uscita (-, nero)
6. Spina DCV




Funzionamento

1. Collegare i cavi del segnale d'uscita "A1" con le rispettive prese d'ingresso in cima all'analizzatore.
2. Collegare il cavo "A1" alla presa corrispondente in cima all'analizzatore.
3. Impostare l'interruttore del range "200A-20A" sull'appropriato range per l'applicazione.

Nota: Assicurarsi che l'impostazione del range sulla pinza corrisponda con l'impostazione del range nell'analizzatore.

4. Collegare le pinze "A2" e "A3" come sopra, se necessario.
5. Premere il "Trigger" (grilletto) per aprire la pinza e avvolgerla intorno ad un singolo conduttore.
6. Accendere l'analizzatore di rete



Specifiche

Range di Misurazione	20A e 200A, selezionabile
Sensibilità d'Uscita	10mV/A (20A range) 1mV/A (200A range)
Uscita di accoppiamento	Accoppiato AC.
Accuratezza (50/60Hz)	$\pm 1\%$ F.S. @ $23 \pm 5^\circ\text{C}$ (50/60Hz)
Range frequenza	da 45 a 400 Hz.
Errore di fase (50/60Hz)	$< \pm 1^\circ$ (50/60Hz)
Minimo carico	100 K ohm per l'accuratezza specificata
Materiale del contenitore	UL 94-V0 rated
Sicurezza	IEC 1010, Categoria III 600V
Alimentazione	8V \pm 1V (fornito con lo strumento)
Massimo Dimensione Pinza Aperta	19 mm (0.75 pollici) Dia.
Temperatura Operativa	da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)
Umidità Operativa	Minore dell'80% RH
Dimensioni	179.9 x 66.9 x 40.1mm. (7.0 X 2.6 X 1.57" pollici)
Lunghezza cavo:	4 metri (13.1 piedi)
Dimensione spina DC :	5.5 mm x 2.5 mm DIA.
Peso	330 g (0.73lb)

www.extech.com