


MANUALE D'ISTRUZIONI

EXTECH[®]
INSTRUMENTS



Modello HDV5-6CAM-1AFM

Sonda Video Flessibile Obiettivo Macro

Da utilizzare solo con l'Endoscopio HDV500

Grazie per aver acquistato questa sonda video professionale. Questa guida include unicamente gli avvisi e le specifiche per la sonda. Le istruzioni riguardo l'utilizzo dell'Endoscopio HDV500 sono fornite nel Manuale d'Istruzioni dell'Endoscopio.

Nota: I LED della camera diventano caldi quando sono impostati alla massima intensità.

Nota: L'etichetta sulla sonda mostra il Numero Seriale e Numero del Pezzo nel formato mostrato qui sotto. Si prega di non rimuovere questa etichetta; così facendo si annulla la garanzia.

Esempio di Numero del Pezzo: TX1 A/F/M/R (/articolazione/flessibile/macro/rigido); **Esempio di Numero Seriale:** HDV110001

Avvisi

- Non piegare la sonda ad un diametro inferiore ai 10 cm (4")
- La garanzia è invalidata se sono rimossi adesivi, cartellini o etichette

Specifiche

Risoluzione	640 x 480 pixel
Lunghezza	1 m (3,3')
Diametro esterno (O.D.)	6 mm (0,24")
Distanza focale	da 2 a 6 cm (da 0,79 a 2,36")
Materiale alloggiamento	Acciaio inox
Campo Visivo	60°
Raggio di curvatura della sonda video	240°
Lampade della videocamera	Quattro (4) LED; 3500 Lux (a 20 mm) massima potenza
Temperatura operativa/di conservazione:	da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F)
Garanzia	Garanzia limitata di un anno

Copyright © 2016 FLIR Systems, Inc.

Tutti i diritti riservati, incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in ogni forma.

www.extech.com